



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

SEPTEMBER 2026

serijska številka: **10229-0926**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **25.9.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,44	4,74	9,18	9,07
IR 2P	0,59	3,42	4,72	9,67	9,03
IR 3P	1,18	3,37	4,71	10,20	8,97
IR 4P	1,48	3,36	4,70	10,46	8,94
IR 5P	1,77	3,35	4,71	10,74	8,93
IR 6P	1,98	3,34	4,68	10,91	8,90
IR 7P	2,72	3,31	4,66	11,59	8,83
IR 8P	2,95	3,29	4,65	11,78	8,79
IR 9P	3,20	3,28	4,64	12,02	8,78
IR 10P	3,45	3,27	4,63	12,24	8,76

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.



Domžale, 4.9.2026

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg