



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

OKTOBER 2026

serijska številka: **10845-1026**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **30.10.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,67	4,83	9,57	9,50
IR 2P	0,59	3,59	4,82	10,01	9,42
IR 3P	1,17	3,54	4,79	10,52	9,35
IR 4P	1,48	3,52	4,78	10,80	9,31
IR 5P	1,76	3,51	4,76	11,07	9,30
IR 6P	1,97	3,51	4,76	11,27	9,29
IR 7P	2,69	3,43	4,73	11,89	9,19
IR 8P	2,95	3,40	4,72	12,12	9,15
IR 9P	3,19	3,38	4,70	12,32	9,12
IR 10P	3,41	3,35	4,70	12,51	9,09

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 8.10.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg