INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, **E**: mlab@bf.uni-lj.si

REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO

NOVEMBER 2026
serijska številka: **11277-1126**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **27.11.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,10	3,69	4,87	9,67	9,56
IR 2P	0,77	3,66	4,84	10,30	9,51
IR 3P	1,23	3,61	4,81	10,68	9,43
IR 4P	1,58	3,61	4,81	11,04	9,43
IR 5P	1,80	3,55	4,79	11,18	9,36
IR 6P	1,97	3,59	4,80	11,41	9,41
IR 7P	2,79	3,48	4,76	12,09	9,27
IR 8P	3,00	3,48	4,75	12,28	9,25
IR 9P	3,23	3,48	4,76	12,53	9,26
IR 10P	3,46	3,46	4,72	12,71	9,21

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

UNIVERZA V LJUBLJANI
Biotehniška fakulteta
20
LJUBLJANA

Domžale, 5.11.2026

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg