



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

MAJ 2023

serijska številka: **2014-0523**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **2.6.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,07	3,45	4,78	9,24	9,18
IR 2P	0,59	3,45	4,73	9,72	9,13
IR 3P	1,19	3,46	4,73	10,32	9,15
IR 4P	1,81	3,42	4,75	10,91	9,12
IR 5P	1,75	3,41	4,73	10,82	9,10
IR 6P	1,99	3,42	4,74	11,08	9,12
IR 7P	2,70	3,40	4,73	11,75	9,09
IR 8P	2,96	3,37	4,67	11,95	9,00
IR 9P	3,23	3,37	4,70	12,23	9,03
IR 10P	3,46	3,37	4,71	12,46	9,04

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 10.5.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg