



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JUNIJ 2025

serijska številka: **2417-0625**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **27.06.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,54	4,80	9,33	9,28
IR 2P	0,67	3,51	4,75	9,87	9,20
IR 3P	1,24	3,48	4,74	10,40	9,16
IR 4P	1,54	3,48	4,73	10,67	9,14
IR 5P	1,87	3,46	4,72	10,98	9,12
IR 6P	2,12	3,43	4,71	11,18	9,07
IR 7P	2,74	3,40	4,66	11,72	8,99
IR 8P	3,03	3,38	4,63	11,96	8,94
IR 9P	3,25	3,37	4,64	12,18	8,94
IR 10P	3,44	3,36	4,67	12,38	8,96

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 4.6.2025



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg