



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JULIJ 2023

serijska številka: **2896-0723**

Vzorci: Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 28.7.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,46	4,77	9,23	9,11
IR 2P	0,59	3,43	4,77	9,74	9,10
IR 3P	1,18	3,42	4,75	10,30	9,06
IR 4P	1,50	3,41	4,74	10,60	9,04
IR 5P	1,79	3,41	4,73	10,88	9,03
IR 6P	1,98	3,41	4,72	11,06	9,02
IR 7P	2,74	3,34	4,69	11,72	8,91
IR 8P	3,01	3,33	4,67	11,97	8,89
IR 9P	3,25	3,31	4,64	12,16	8,83
IR 10P	3,47	3,30	4,64	12,36	8,82

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry.

Domžale, 5.7.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg