



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

SEPTEMBER 2023

serijska številka: **3886-0923**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **29.9.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,04	3,43	4,77	9,19	9,09
IR 2P	0,55	3,37	4,71	9,59	8,96
IR 3P	1,15	3,30	4,67	10,08	8,85
IR 4P	1,49	3,27	4,65	10,36	8,79
IR 5P	1,77	3,28	4,66	10,67	8,82
IR 6P	1,99	3,26	4,64	10,86	8,78
IR 7P	2,71	3,19	4,61	11,47	8,67
IR 8P	2,98	3,18	4,59	11,71	8,64
IR 9P	3,21	3,16	4,57	11,91	8,60
IR 10P	3,42	3,13	4,57	12,09	8,58

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry.

Domžale, 7.9.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg