



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
PASTERIZIRANO MLEKO**

**FEBRUAR 2023**

serijska številka: 398-0223

Vzorci: Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 24.2.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,08	3,64	4,81	9,47	9,42
IR 2P	0,59	3,60	4,82	9,94	9,40
IR 3P	1,17	3,57	4,77	10,44	9,30
IR 4P	1,51	3,57	4,76	10,77	9,29
IR 5P	1,77	3,55	4,75	11,00	9,27
IR 6P	2,01	3,54	4,76	11,23	9,26
IR 7P	2,73	3,46	4,71	11,83	9,14
IR 8P	2,96	3,45	4,70	12,04	9,12
IR 9P	3,23	3,42	4,67	12,25	9,05
IR 10P	3,44	3,41	4,67	12,45	9,04

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry.

Domžale, 2.2.2023



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg