



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

OKTOBER 2023

serijska številka: 4427-1023

Vzorci: Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
Uporabno najmanj do: 27.10.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,54	4,76	9,30	9,19
IR 2P	0,59	3,49	4,76	9,79	9,14
IR 3P	1,13	3,45	4,74	10,27	9,08
IR 4P	1,45	3,46	4,72	10,58	9,07
IR 5P	1,75	3,44	4,71	10,85	9,03
IR 6P	1,95	3,42	4,71	11,03	9,02
IR 7P	2,71	3,35	4,65	11,66	8,88
IR 8P	2,97	3,35	4,66	11,93	8,89
IR 9P	3,20	3,33	4,65	12,13	8,87
IR 10P	3,44	3,32	4,64	12,36	8,85

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 5.10.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg