



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JANUAR 2024

serijska številka: **46-0124**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **2.2.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,08	3,65	4,79	9,56	9,49
IR 2P	0,61	3,62	4,76	10,02	9,42
IR 3P	1,2	3,57	4,71	10,52	9,33
IR 4P	1,51	3,56	4,67	10,80	9,29
IR 5P	1,78	3,54	4,68	11,04	9,26
IR 6P	1,98	3,52	4,65	11,20	9,23
IR 7P	2,74	3,49	4,55	11,85	9,10
IR 8P	2,98	3,49	4,54	12,07	9,10
IR 9P	3,24	3,48	4,54	12,31	9,08
IR 10P	3,47	3,44	4,52	12,49	9,02

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 11.1.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg