



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

OKTOBER 2025

serijska številka: **4687-1025**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **31.10.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,03	3,62	4,77	9,39	9,35
IR 2P	0,56	3,58	4,74	9,85	9,28
IR 3P	1,16	3,52	4,70	10,32	9,16
IR 4P	1,46	3,52	4,70	10,62	9,16
IR 5P	1,78	3,46	4,67	10,84	9,07
IR 6P	1,99	3,46	4,67	11,04	9,07
IR 7P	2,68	3,42	4,63	11,64	8,98
IR 8P	2,92	3,38	4,62	11,83	8,93
IR 9P	3,20	3,37	4,61	12,10	8,92
IR 10P	3,41	3,35	4,61	12,28	8,89

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 9.10.2025



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg