



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

FEBRUAR 2024

serijska številka: **524-0224**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **8.3.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,09	3,59	4,78	9,49	9,41
IR 2P	0,61	3,61	4,83	10,05	9,47
IR 3P	1,20	3,55	4,74	10,52	9,34
IR 4P	1,51	3,56	4,74	10,84	9,34
IR 5P	1,80	3,53	4,71	11,08	9,29
IR 6P	1,99	3,53	4,70	11,25	9,28
IR 7P	2,69	3,51	4,69	11,91	9,25
IR 8P	2,99	3,49	4,62	12,14	9,16
IR 9P	3,21	3,47	4,63	12,34	9,15
IR 10P	3,45	3,48	4,64	12,60	9,17

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 14.2.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg