



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

DECEMBER 2025

serijska številka: **5575-1225**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **26.12.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,04	3,65	4,77	9,44	9,38
IR 2P	0,58	3,60	4,75	9,90	9,30
IR 3P	1,22	3,58	4,68	10,44	9,21
IR 4P	1,57	3,56	4,66	10,74	9,17
IR 5P	1,78	3,54	4,66	10,94	9,15
IR 6P	2,01	3,54	4,66	11,16	9,15
IR 7P	2,73	3,50	4,64	11,81	9,08
IR 8P	3,00	3,48	4,65	12,06	9,07
IR 9P	3,28	3,46	4,63	12,31	9,04
IR 10P	3,45	3,45	4,64	12,47	9,03

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 4.12.2025



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg