



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

DECEMBER 2023

serijska številka: 5730-1123

Vzorci: Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 29.12.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,07	3,74	4,83	9,65	9,60
IR 2P	0,62	3,69	4,74	10,09	9,49
IR 3P	1,14	3,65	4,73	10,56	9,44
IR 4P	1,52	3,65	4,72	10,93	9,43
IR 5P	1,77	3,61	4,65	11,08	9,32
IR 6P	2,00	3,60	4,66	11,31	9,33
IR 7P	2,71	3,55	4,62	11,93	9,23
IR 8P	2,98	3,53	4,58	12,14	9,17
IR 9P	3,19	3,51	4,56	12,32	9,14
IR 10P	3,44	3,51	4,57	12,56	9,14

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 7.12.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg