



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JANUAR 2026

serijska številka: **6110-0126**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **30.1.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,07	3,63	4,74	9,42	9,33
IR 2P	0,62	3,60	4,70	9,89	9,26
IR 3P	1,20	3,57	4,68	10,41	9,20
IR 4P	1,51	3,55	4,65	10,67	9,15
IR 5P	1,82	3,52	4,65	10,93	9,11
IR 6P	2,02	3,51	4,64	11,12	9,10
IR 7P	2,76	3,46	4,60	11,76	9,01
IR 8P	3,02	3,44	4,58	11,97	8,96
IR 9P	3,26	3,43	4,56	12,18	8,93
IR 10P	3,52	3,41	4,56	12,42	8,91

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 7.1.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg