



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

MAREC 2026

serijska številka: **7011-0326**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **27.3.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,02	3,59	4,83	9,41	9,38
IR 2P	0,58	3,57	4,82	9,92	9,34
IR 3P	1,17	3,55	4,80	10,48	9,30
IR 4P	1,46	3,55	4,78	10,74	9,28
IR 5P	1,76	3,55	4,78	11,05	9,28
IR 6P	1,93	3,54	4,77	11,19	9,26
IR 7P	2,76	3,50	4,76	11,96	9,21
IR 8P	3,01	3,48	4,74	12,17	9,17
IR 9P	3,24	3,47	4,73	12,38	9,15
IR 10P	3,47	3,46	4,73	12,59	9,13

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 5.3.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg

re: f/hof