



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
PASTERIZIRANO MLEKO**

**MAREC 2024**  
serijska številka: **853-0324**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**  
Uporabno najmanj do: **29.3.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,08	3,55	4,85	9,49	9,43
IR 2P	0,63	3,53	4,82	9,99	9,38
IR 3P	1,21	3,50	4,78	10,50	9,32
IR 4P	1,58	3,50	4,74	10,84	9,27
IR 5P	1,82	3,52	4,76	11,12	9,32
IR 6P	2,03	3,49	4,70	11,25	9,23
IR 7P	2,75	3,47	4,69	11,93	9,20
IR 8P	3,04	3,47	4,64	12,18	9,16
IR 9P	3,28	3,45	4,65	12,41	9,15
IR 10P	3,52	3,45	4,63	12,62	9,13

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 7.3.2024



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg