



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

JULIJ 2026

serijska številka: **9205-0726**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **31.7.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,04	3,34	4,71	9,01	8,96
IR 2P	0,57	3,36	4,71	9,56	8,99
IR 3P	1,14	3,36	4,71	10,13	8,99
IR 4P	1,39	3,34	4,69	10,35	8,96
IR 5P	1,67	3,32	4,67	10,58	8,91
IR 6P	1,88	3,30	4,66	10,75	8,87
IR 7P	2,63	3,27	4,64	11,44	8,81
IR 8P	2,87	3,26	4,64	11,68	8,81
IR 9P	3,13	3,25	4,62	11,90	8,78
IR 10P	3,41	3,25	4,61	12,17	8,77

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 8.7.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg