



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
PASTERIZIRANO MLEKO**

AVGUST 2026

serijska številka: **9705-0826**

Vzorci: **Pasterizirano mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **28.8.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Maščoba (g/100g)	Beljakovine (g/100g)	Laktoza anhidrid (g/100g)	Suha snov (g/100g)	Suha snov brez maščobe (g/100g)
IR 1P	0,05	3,46	4,74	9,19	9,13
IR 2P	0,61	3,39	4,73	9,65	9,04
IR 3P	1,29	3,36	4,68	10,24	8,95
IR 4P	1,48	3,37	4,66	10,43	8,94
IR 5P	1,69	3,36	4,66	10,62	8,93
IR 6P	2,03	3,33	4,62	10,89	8,86
IR 7P	2,69	3,28	4,58	11,45	8,76
IR 8P	2,90	3,26	4,63	11,68	8,79
IR 9P	3,18	3,23	4,60	11,90	8,73
IR 10P	3,41	3,23	4,56	12,08	8,67

Metoda določitve: ISO 9622/IDF 141 – Milk and liquid milk products – Guidelines for the application of mid - infrared spectrometry.

Domžale, 5.8.2026



Za

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg

Petrol