



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

OKTOBER 2026

serijska številka: **10841-1026**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **16.10.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	20,2	± 0,1
Urea 2	26,7	± 0,1
Urea 3	19,7	± 0,4
Urea 4	22,1	± 0,6
Urea 5	41,4	± 1,4
Urea 6	40,8	± 0,1
Urea 7	49,0	± 0,5
Urea 8	57,9	± 0,6

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4,4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 7.10.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg