INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE
Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, **E**: mlab@bf.uni-lj.si

REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO

NOVEMBER 2026
serijska številka: **11273-1126**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **13.11.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	16,6	± 0,8
Urea 2	25,2	± 0,4
Urea 3	22,1	± 1,0
Urea 4	25,9	± 0,7
Urea 5	48,0	± 0,2
Urea 6	51,6	± 0,1
Urea 7	62,4	± 0,4
Urea 8	71,7	± 0,4

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4,4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 5.11.2026

UNIVERZA V LJUBLJANI Biotehniška fakulteta 20 LJUBLJANA

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg