



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

JUNIJ 2025

serijska številka: 2414-0625

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 13.06.2025 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	11,4	± 0,2
Urea 2	9,7	± 0,4
Urea 3	19,6	± 0,1
Urea 4	26,1	± 0,2
Urea 5	34,0	± 0,8
Urea 6	32,8	± 0,5
Urea 7	45,0	± 0,9
Urea 8	59,0	± 0,0

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4,4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 12.6.2025



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg