



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO**

**SEPTEMBER 2023**

serijska številka: 3883-0923

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 15.9.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	9,7	± 0,0
Urea 2	14,3	± 0,0
Urea 3	16,9	± 1,5
Urea 4	22,9	± 0,3
Urea 5	24,9	± 0,1
Urea 6	37,3	± 0,4
Urea 7	49,4	± 0,4

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 7.9.2023



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg