



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

FEBRUAR 2023

serijska številka: 395-0223

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)


Uporabno najmanj do: 10.2.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	17,5	± 0,6
Urea 2	18,3	± 1,3
Urea 3	17,4	± 0,7
Urea 4	21,5	± 0,0
Urea 5	38,0	± 0,0
Urea 6	35,0	± 0,1
Urea 7	42,5	± 1,0

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 2.2.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg