



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

JANUAR 2024
serijska številka: **43-0124**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **19.2.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	14,6	± 0,3
Urea 2	21,5	± 1,4
Urea 3	21,0	± 0,6
Urea 4	22,1	± 1,3
Urea 5	29,7	± 0,7
Urea 6	39,2	± 0,3
Urea 7	48,4	± 1,0

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 11.1.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg