



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

OKTOBER 2023

serijska številka: 4424-1023

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 13.10.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	12,2	± 0,6
Urea 2	23,1	± 1,0
Urea 3	22,8	± 0,3
Urea 4	28,4	± 1,5
Urea 5	35,0	± 0,5
Urea 6	41,3	± 1,2
Urea 7	51,4	± 0,8

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 5.10.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg