



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

FEBRUAR 2024

serijska številka: 520-0224

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
Uporabno najmanj do: 23.2.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	11,7	± 0,1
Urea 2	14,3	± 0,0
Urea 3	25,0	± 0,3
Urea 4	22,6	± 0,5
Urea 5	27,8	± 0,4
Urea 6	40,6	± 0,1
Urea 7	54,1	± 0,4

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 14.2.2024



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg