



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

DECEMBER 2023

serijska številka: **5727-1223**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **15.12.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	11,5	± 0,9
Urea 2	17,0	± 1,1
Urea 3	15,9	± 0,7
Urea 4	24,3	± 0,7
Urea 5	28,3	± 0,1
Urea 6	41,1	± 0,6
Urea 7	46,5	± 1,2

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 6.12.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg