



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

JANUAR 2023

serijska številka: 64-0123

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)
Uporabno najmanj do: 20.1.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	11,9	± 0,6
Urea 2	16,7	± 1,0
Urea 3	14,9	± 0,7
Urea 4	20,2	± 0,0
Urea 5	28,9	± 0,1
Urea 6	36,3	± 0,7
Urea 7	45,5	± 0,7

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 2 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 12.1.2023



Vodja laboratorija:
za dr. Petra Mohar Lorbeg