



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

FEBRUAR 2026

serijska številka: **6566-0226**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**
Uporabno najmanj do: **13.2.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	10,1	± 1,0
Urea 2	14,8	± 0,2
Urea 3	22,5	± 0,2
Urea 4	26,3	± 0,4
Urea 5	28,2	± 0,3
Urea 6	35,0	± 0,1
Urea 7	48,3	± 0,6
Urea 8	63,6	± 0,3

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4,4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.



Domžale, 4.2.2026

Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg