



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

JUNIJ 2026

serijska številka: **8580-0626**

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **12.06.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	6,8	± 0,3
Urea 2	12,9	± 0,3
Urea 3	15,0	± 0,0
Urea 4	21,5	± 0,1
Urea 5	26,7	± 0,0
Urea 6	34,8	± 0,1
Urea 7	46,9	± 0,3
Urea 8	56,9	± 0,2

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4,4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 3.6.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg