



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

AVGUST 2026

serijska številka: 9701-0826

Vzorci: **Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)**

Uporabno najmanj do: **14.08.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Sečnina (mg/100ml)	Sd (mg/100ml)
Urea 1	10,8	± 0,8
Urea 2	12,1	± 0,1
Urea 3	16,3	± 0,2
Urea 4	19,0	± 0,1
Urea 5	34,3	± 0,4
Urea 6	30,7	± 0,0
Urea 7	46,1	± 0,3
Urea 8	57,2	± 0,8

Metoda določitve: ISO 14637/IDF 195:2004

Merilna negotovost je ± 4,4 mg/100 ml. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 5.8.2026

 Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg

