



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO**

MAREC 2023

serijska številka: **1002-0223**

Vzorci: Surovo mleko (konzervirano z Bronopolom® do 0,02 %)

Uporabno najmanj do: 17.3.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,543
ZT 2	-0,535
ZT 3	-0,532
ZT 4	-0,529
ZT 5	-0,525
ZT 6	-0,521
ZT 7	-0,518
ZT 8	-0,511
ZT 9	-0,509
ZT 10	-0,502

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 8.3.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg