



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL**  
**SUROVO MLEKO**  
*(neKonzervirani vzorci)*

**APRIL 2024**

serijska številka: **1465-0324**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **12.4.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

<b>Oznaka vzorca</b>	<b>Zmrziščna točka (°C)</b>
ZT 1	-0,542
ZT 2	-0,537
ZT 3	-0,534
ZT 4	-0,525
ZT 5	-0,521
ZT 6	-0,516
ZT 7	-0,511
ZT 8	-0,507
ZT 9	-0,502
ZT 10	-0,496

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 11.4.2024



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg