



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL**  
**SUROVO MLEKO**  
*(neKonzervirani vzorci)*

**JULIJ 2023**

serijska številka: **2893-0723**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **7.7.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,541
ZT 2	-0,544
ZT 3	-0,537
ZT 4	-0,528
ZT 5	-0,520
ZT 6	-0,517
ZT 7	-0,510
ZT 8	-0,506
ZT 9	-0,502
ZT 10	-0,494

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 5.7.2023



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbež