



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO  
(neKonzervirani vzorci)**

**JANUAR 2024**

serijska številka: 44-0124

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **12.1.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,539
ZT 2	-0,536
ZT 3	-0,532
ZT 4	-0,525
ZT 5	-0,518
ZT 6	-0,513
ZT 7	-0,506
ZT 8	-0,500
ZT 9	-0,495
ZT 10	-0,491

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 11.1.2024



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg