



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(nekonzervirani vzorci)**

NOVEMBER 2023
serijska številka: 5013-1123

Vzorci: Surovo mleko

Uporabno najmanj do: 10.11.2023 pri temperaturi do $4\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,544
ZT 2	-0,541
ZT 3	-0,537
ZT 4	-0,529
ZT 5	-0,524
ZT 6	-0,516
ZT 7	-0,515
ZT 8	-0,508
ZT 9	-0,504
ZT 10	-0,498

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: $\pm 0,005\text{ °C}$. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 9.11.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg