



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL**  
**SUROVO MLEKO**  
(neKonzervirani vzorci)

**FEBRUAR 2024**

serijska številka: **521-0224**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **16.2.2024 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,536
ZT 2	-0,533
ZT 3	-0,527
ZT 4	-0,522
ZT 5	-0,523
ZT 6	-0,518
ZT 7	-0,512
ZT 8	-0,507
ZT 9	-0,501
ZT 10	-0,496

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 15.2.2024



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg