



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(neKonzervirani vzorci)**

JANUAR 2023

serijska številka: **65-0123**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **13.1.2023 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,542
ZT 2	-0,538
ZT 3	-0,535
ZT 4	-0,524
ZT 5	-0,521
ZT 6	-0,514
ZT 7	-0,509
ZT 8	-0,505
ZT 9	-0,499
ZT 10	-0,493

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,005 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 12.1.2023



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg