



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO  
(neKonzervirani vzorci)**

**MAREC 2026**

serijska številka: **7008-0326**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **6.3.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,559
ZT 2	-0,539
ZT 3	-0,537
ZT 4	-0,528
ZT 5	-0,522
ZT 6	-0,516
ZT 7	-0,513
ZT 8	-0,504
ZT 9	-0,500
ZT 10	-0,494

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode:  $\pm 0,003$  °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja  $k = 2$ , ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 4.3.2026



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg