



**INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE**

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana  
T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL  
SUROVO MLEKO  
(neKonzervirani vzorci)**

**JUNIJ 2026**

serijska številka: **8581-0626**

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **5.6.2026 pri temperaturi do 4 °C ± 2 °C**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,541
ZT 2	-0,535
ZT 3	-0,528
ZT 4	-0,522
ZT 5	-0,517
ZT 6	-0,511
ZT 7	-0,507
ZT 8	-0,501
ZT 9	-0,480
ZT 10	-0,471

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: ± 0,003 °C. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 3.6.2026



Vodja laboratorija:  
dr. Petra Mohar Lorbeg