



INŠTITUT ZA MLEKARSTVO IN PROBIOTIKE

Jamnikarjeva ulica 101, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 320 39 11, E: mlab@bf.uni-lj.si

**REFERENČNI MATERIAL
SUROVO MLEKO
(nekonzervirani vzorci)**

JULIJ 2026

serijska številka: 9203-0726

Vzorci: **Surovo mleko**

Uporabno najmanj do: **10.7.2026 pri temperaturi do $4\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$**

Oznaka vzorca	Zmrziščna točka (°C)
ZT 1	-0,556
ZT 2	-0,536
ZT 3	-0,533
ZT 4	-0,524
ZT 5	-0,518
ZT 6	-0,512
ZT 7	-0,508
ZT 8	-0,502
ZT 9	-0,495
ZT 10	-0,494

Metoda določitve: SIST EN ISO 5764:2009

Razširjena merilna negotovost metode: $\pm 0,003\text{ °C}$. Razširjena merilna negotovost U je bila določena kot kombinirana negotovost, pomnožena s faktorjem pokritja $k = 2$, ki pri normalni porazdelitvi ustreza ravni zaupanja približno 95 %.

Domžale, 8.7.2026



Vodja laboratorija:
dr. Petra Mohar Lorbeg